

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO
01.943.374/0001-03
Av. do Progresso 900 Ponte Alta
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

09/01/2022 0:34:10 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: RMC IND BRASILEIRA PROD MEDICOS EIRELI
Customer Name: 3417498
Nº P.O.: 7.8 - 30 kGy

Planta de Processo: Jarinu Gama
Processing Facility: Tratamento Gama

Nº WO: 3187566
Nº SO: 3124414
NF Cliente/Cust.: 29887 1

Data/Hora - Irradiação: 08/30/2022 20:27:00 GMT
Irradiação - Célula: MAIN CELL
Irradiation Date/Time:
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	30.0000	CX	21758	CX C/192 SACHES GEL CODUTOR ESTERIL RMC CONTATO ESTERIL 20G	11062 VALIDADE 10/08/2025
103	60.0000	CX	21754	CX C/230 GEL CONDUTOR MARKGELESTERIL 20 GRS	11062 VALIDADE 10/08/2025

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	7.80 kGy Reason Code Teste	30.00 kGy	9.35	Pass	LFDASILVA LAIRSON FRANCISCO DASILVA	08/31/2022 17:19:46 GMT
450.00	Dose Máxima	7.80 kGy Reason Code Teste	30.00 kGy	17.70	Pass	LFDASILVA LAIRSON FRANCISCO DASILVA	08/31/2022 17:20:26 GMT

Dados referente ao mapeamento Nº- RMCM.MD.00001.22.C

SUSPENSÃO DO ICMS CONFORME ARTIGO 402 DO RICMS/SP. ;MATERIAL DESTINADO A MAPEAMENTO DE DOSES - GAMA, ASSIM COMO A FAIXA DE DOSE A SER ESTUDADA (7,8 A 30KGY);;ORCAMENTO VALIDO POR 3 DIAS UTEIS!

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. GUILHERME CESAR DE SOUZA
Por:

Data/Date: 08/31/2022 18:05:02 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço